optimed

the classic XL

for aorta & vena cava

ARTERIAL

VENOUS

10F
Ø device

.035i
guide wire

NiTi
nitinol stent

sinus-XL

the high-lumen nitinol stent
dedicated for aorta,
vena cava and
Endoleak type 1a and 1b

XL 10F



ARTERIAL VENOUS

the high-lumen stent with diameters up to 36 mm

INDIKATIONEN

- Stenosen und Dissektionen der Aorta
- Vena Cava-Syndrom
- Obstruktionen der Vena Cava
- Endoleak Typ 1a und 1b

INDICATIONS

- Sténoses et dissections aortiques
- Syndrome cave
- Les obstructions de la veine cave
- Endofuites de type 1a et 1b

INDICATIONS

- Aortic stenoses and dissections
- Vena cava compression syndrome
- Obstructions of the vena cava
- Endoleak type 1a and 1b



Abbildungen in Originalgröße
Illustrations en grandeur originale
full-scale illustrations

for aorta and vena cava

closed-cell design | radiopaque markers | anti-jump technique | braided sheath | atraumatic soft-tip

BESONDERHEITEN

- Überragende Radialkraft durch Closed-Cell Stentdesign - speziell entwickelt für gerade Gefäßabschnitte
- Tantal-Marker an den Stentenden für hervorragende Sichtbarkeit
- Anti-Jump Technique™ zur Vermeidung von Stentmigration während des Freisetzens

CARACTERISTIQUES

- Force radiale élevée grâce au design mailles fermées - développé spécialement pour des segments droits de vaisseau
- Marqueurs en tantale aux extrémités du stent pour une excellente visibilité
- Anti-Jump Technique™ pour éviter la migration du stent pendant le déploiement

FEATURES

- Outstanding radial force due to the closed-cell stent design especially developed for straight vessel segments
- Tantalum markers on stent ends for excellent visibility
- Anti-Jump Technique™ to avoid stent migration during the stent deployment

optimed

sinus-XL

self-expanding nitinol stent system

optimed

∅ Stent	⇔ Stent Länge *longueur du stent stent length*	Bestell-Nr. *référence order code*
mm	mm	
16	30	7316-8030*
	40	7316-8040
	50	7316-8050
	60	7316-8060
	80	7316-8080
	100	7316-8100
18	30	7318-8030
	40	7318-8040
	50	7318-8050
	60	7318-8060
	80	7318-8080
	100	7318-8100*
20	30	7320-8030
	40	7320-8040
	50	7320-8050
	60	7320-8060
	80	7320-8080
	100	7320-8100
22	30	7322-8030*
	40	7322-8040
	50	7322-8050*
	60	7322-8060
	80	7322-8080
	100	7322-8100*
24	30	7324-8030*
	40	7324-8040
	50	7324-8050*
	60	7324-8060
	80	7324-8080
	100	7324-8100*
26	30	7326-8030*
	40	7326-8040
	50	7326-8050*
	60	7326-8060
	80	7326-8080
	100	7326-8100*
28	30	7328-8030
	40	7328-8040
	50	7328-8050*
	60	7328-8060
	80	7328-8080
	100	7328-8100
30	40	7330-8040
	50	7330-8050*
	60	7330-8060
	80	7330-8080*
	100	7330-8100*
32	40	7332-8040
	50	7332-8050*
	60	7332-8060
	80	7332-8080*
	100	7332-8100*
34	40	7334-8040
	50	7334-8050*
	60	7334-8060
	80	7334-8080
	100	7334-8100
36	40	7336-8040
	50	7336-8050*
	60	7336-8060
	80	7336-8080
	100	7336-8100

* Mindestbestellmenge / Lieferzeit auf Anfrage
* *Quantité minimum de commande / délai de livraison sur demande*
* *Minimum order quantity / delivery time upon request*



10F application device adapted to 0.035 inch guide wire

- 10F / 100 cm Applikationsbesteck
- adaptiert auf 0.035 inch Führungsdraht
- Verpackungseinheit: 1 Stück

- 10F / 100 cm système de pose
- adapté au fil-guide de 0.035 inch
- conditionnement: 1 unité

- 10F / 100 cm application device
- adapted to 0.035 inch guide wire
- box: 1 unit

RA-0200-08/2015

NOM DU PRODUIT: Stent sinus-XL **DESTINATION:** Dans l'aorta abdominalis et dans la portion rectiligne de l'aorta thorakalis descendens : résultat de l'angioplastie insuffisant, sténoses résiduelles après dilatations par ballonnets, dissection, sténoses élastiques d'anastomoses de pontage, oblitération vasculaire / sténoses, endofuites de type 1a et 1b. Dans les portions rectilignes de la veine cave en cas de : syndrome de la veine cave (compression supérieure et inférieure), obstructions de la veine cave d'origine maligne et bénigne. Pour des informations plus amples, lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage du dispositif médical. **CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL:** Classe III **ORGANISME NOTIFIE:** DEKRA 0124 **FABRICANT:** optimed Medizinische Instrumente GmbH **MODE D'EMPLOI:** Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif médical **REMBOURSEMENT:** Pris en charge par l'assurance maladie (code LPP : 3183194) **DATE DE PUBLICATION:** 06/2015 **Etat de révision:** 3

Diese Informationen ersetzen nicht die Gebrauchsanweisung - Informationen nur für medizinische Fachkreise

Ces informations ne remplacent pas le mode d'emploi - Informations destinées uniquement aux membres des professions médicales

This information does not replace the instructions for use - Information for medical experts only

optimed Medizinische Instrumente GmbH
Ferdinand-Porsche-Strasse 11 · 76275 Ettlingen · Germany
Tel. +49 (0) 7243 / 76 33- 0 · Fax +49 (0) 7243 / 76 33-99
optimed@opti-med.de · http://www.opti-med.de

Order Code 9999-0200 Rev (06/2015) © optimed